

真空機器用グリース [JIS 規格外]

- ①一般的に、 10^{-6} Torrの真空まではシリコン系グリースが使用されます。 【クリーンルーム用グリース】
 一般的に、クリーンルームにはフッ素系が使用されます。
- ②それ以上の高真空領域では、フッ素系グリースが使用されます。
- ③フッ素系グリースは、 10^{-13} Torrまで使用可能です。

【真空用グリース】

油種区分	東レ・ダウコーニング	信越シリコン	ソルベイソレクシス	デュポン	ダイキン工業	シェル化学
シリコン系	H. V. G	HIVAC-G				
容量	50gチューブ	100gチューブ				
フッ素系 (高真空用)	モリコート HP-500 HP-870		フォンブリン VAC 1, 2, 3	クライトックス シリーズ240、283	デムナム L-200	アピエゾン M, N, T
(超高真空用)	HP-300		VAC 1, 2, 3	LVP		L
(耐熱用)						H
容量	100gポリ容器		100gチューブ	57gチューブ	50gチューブ	25gチューブ
(シーリング用)						アピエゾンWAX W, W40, W100
(コンパウンド)						アピエゾン Q

2009年1月改編